

Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di stazioni videodermatoscopiche digitali da destinare ad ambulatori per servizi territoriali presso varie strutture di competenza dell'ASL TA. CIG 77863256A7.

Verbale n.1 del 26/03/2019 – seduta riservata della commissione giudicatrice

L'anno 2019, il giorno ventisei del mese di Marzo, alle ore 14:00 presso gli uffici della della ASL Taranto, siti al piano primo del Padiglione Vinci, P.O.C. Stabilimento "SS Annunziata", si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determina del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio n° 266-2019, costituita da:

Presidente: dott. Antonio BANDIERA

Componente: dott. Michele POLINI

Componente: ing. Francesco DIBATTISTA


Con il fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto, il Presidente richiama la determina del direttore dell'Area Gestione del Patrimonio n° 23458 del 04/02/2019 relativa alla lettera di invito, al capitolato tecnico ed ai questionari raccolta dati acclusi alla procedura di gara.

Il Presidente avvia quindi i lavori della commissione giudicatrice che procede ad avviare l'esame della completezza della documentazione presentata dai tre operatori economici ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche:


1. Adamo Srl
2. DS Medica Srl
3. Medici Medical Srl

Successivamente, la commissione giudicatrice procede ad esaminare la documentazione tecnica presentata dagli operatori economici e procede all'assegnazione dei giudizi quantitativi (ON/OFF e lineare) e dei giudizi qualitativi (discrezionale).


I lavori terminano alle ore 16:00.

Firma: 
Il Presidente: dott. Antonio Bandiera

Data: 26/3/2019

Firma: 
Componente: dott. Michele Polini

Data: 26/3/2019

Firma: 
Componente: ing. Francesco Dibattista

Data: 26/03/2019

Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di stazioni videodermatoscopiche digitali da destinare ad ambulatori per servizi territoriali presso varie strutture di competenza dell'ASL TA. CIG 77863256A7.

Verbale n. 2 del 03/04/2019 – seduta riservata della commissione giudicatrice

L'anno 2019, il giorno tre del mese di Aprile, alle ore 13:10 presso gli uffici della ASL Taranto, siti al secondo piano di viale Virgilio n° 31 in Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determina del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio n° 266-2019 costituita da:

Presidente: dott. Antonio BANDIERA

Componente: dott. Michele POLINI


Componente: ing. Francesco DIBATTISTA

Il Presidente richiama il primo verbale di riunione, nonché il capitolato tecnico ed i questionari raccolti dati acclusi alla procedura di gara.


Il Presidente avvia i lavori della commissione giudicatrice che, sulla scorta delle dichiarazioni degli offerenti e dell'attento esame dell'ulteriore documentazione tecnica presentata, procede al calcolo del punteggio tecnico di tipo qualitativo/discrezionale dei tre operatori economici.

I lavori terminano alle ore 14:30.


Si allegano al presente verbale gli allegati A, B, C, D ed E, in cui sono riportati i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice.

Firma: 
Il Presidente: dott. Antonio Bandiera

Data: 3/4/19

Firma: 
Componente: dott. Michele Polini

Data: 3/4/2019

Firma: 
Componente: ing. Francesco Dibattista

Data: 3/4/2019



Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di stazioni videodermatoscopiche digitali da destinare ad ambulatori per servizi territoriali presso varie strutture di competenza dell'ASL TA. CIG 77863256A7

Allegato E al verbale n. 3 del 08/05/2019 della commissione giudicatrice

A	B	C	D	E
operatore economico offerente	somma dei punteggi tecnici di tipo quantitativo	somma dei punteggi tecnici di tipo qualitativi	punteggio assegnato all'operatore economico offerente (B+C)	PUNTEGGIO QUALITA' DITTA CONSIDERATA
Adamo S.r.l.	29,00	37,55	66,55	70,00
DS Medica S.r.l.	22,38	22,02	44,39	46,69
Medici Medical S.r.l.	29,00	22,95	51,95	54,65



Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di stazioni videodermoscopiche digitali da destinare ad ambulatori per servizi territoriali presso varie strutture di competenza dell'ASL TA. CIG 77863256A7

Allegato A al verbale n. 2 del 03/04/2019 della commissione giudicatrice

Operatore economico offerente: Adamo S.r.l.							coefficiente attribuito			media	punteggio	punteggio qualità (riparametrato, in settantesimi)
criterio	descrizione	punteggio tecnico massimo	modalità attribuzione punteggio	valore dichiarato	coefficiente	punteggio tecnico attribuito	commissario 1	commissario 2	commissario 3			
	<u>Videocamera</u>											
1	Illuminazione a luce fredda diodica policromatica diretta e policromatica polarizzata	6	ON/OFF	1,00	1,00	6,00	-	-	-		6,00	
2	Risoluzione superiore 1600 x 1050 megapixel	6	ON/OFF	1,00	1,00	6,00	-	-	-		6,00	
3	Valutare modalità e funzionalità di Autofocus	5	Discrezionale				1	1	1	1	5,00	
4	Valutare possibilità e modalità di cattura elettronica dell'immagine mediante tasto a scatto o mediante pedale remoto	5	Discrezionale				1	1	1	1	5,00	
5	Valutare possibilità e modalità di riprese cliniche a distanza	4	Discrezionale				1	1	1	1	4,00	
	<u>Ottica</u>											
6	Ottica Integrata nella sonda senza sostituzione di gruppi ottici	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-		4,00	
7	Riconoscimento automatico dell'ingrandimento in uso	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-		4,00	
8	Valutare possibilità e modalità di acquisizione dell'immagine per contatto mediante apposito vetrino e con polarizzazione senza contatto diretto	6	Discrezionale				1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	
9	Valutare possibilità e modalità di riprese con polarizzazione senza contatto diretto	4	Discrezionale				1,00	0,80	0,80	0,86	3,44	
	<u>Software</u>											
10	Valutare possibilità e modalità di memorizzazione, archiviazione, comparazione delle immagini cliniche e dermoscopiche per il follow up. Possibilità di mappatura su body map o foto reale	5	Discrezionale				1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	
11	possibilità di creazione di una cartella clinica del paziente	2	ON/OFF	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	2,00	
12	Valutare possibilità e modalità di elaborazione, misurazione manuale ed automatica delle immagini ed eventuale analisi dei pattern dermoscopici	3	Discrezionale				0,70	0,80	0,70	0,73	2,19	
13	Valutare possibilità e modalità di refertazione	5	Discrezionale				0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	
	<u>Computer o PC portatile con le stesse caratteristiche</u>											
14	Valutare caratteristiche del computer configurato per un lavoro con immagini fornito di programma antivirus e monitor ultrapiatto ad alta risoluzione	4	Discrezionale				0,70	0,80	0,70	0,73	2,92	
15	Capacità di archiviazione	3	Lineare	4,00	1,00	3,00	-	-	-	-	3,00	
	<u>Stampante</u>											
16	Stampante a colori ad alta risoluzione in formato A4 per stampa su carta comune e fotografica	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00	
											66,55	70,00



Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di stazioni videodermatoscopiche digitali da destinare ad ambulatori per servizi territoriali presso varie strutture di competenza dell'ASL TA. CIG 77863256A7

Allegato D al verbale n. 2 del 03/04/2019 della commissione giudicatrice

		punteggi ottenuti in sede quantitativa e qualitativa dalle offerte		
criterio	descrizione	Adamo S.r.l.	DS Medica S.r.l.	Medici Medical S.r.l.
	<u>Videocamera</u>			
1	Illuminazione a luce fredda diodica policromatica diretta e policromatica polarizzata	6,00	6,00	6,00
2	Risoluzione superiore 1600 x 1050 megapixel	6,00	6,00	6,00
3	Valutare modalità e funzionalità di Autofocus	5,00	2,17	1,83
4	Valutare possibilità e modalità di cattura elettronica dell'immagine mediante tasto a scatto o mediante pedale remoto	5,00	3,00	2,67
5	Valutare possibilità e modalità di riprese cliniche a distanza	4,00	1,60	2,13
	<u>Ottica</u>			
6	Ottica integrata nella sonda senza sostituzione di gruppi ottici	4,00	0,00	4,00
7	Riconoscimento automatico dell'ingrandimento in uso	4,00	4,00	4,00
8	Valutare possibilità e modalità di acquisizione dell'immagine per contatto mediante apposito vetrino e con polarizzazione senza contatto diretto	6,00	3,00	3,00
9	Valutare possibilità e modalità di riprese con polarizzazione senza contatto diretto	3,44	2,64	2,00
	<u>Software</u>			
10	Valutare possibilità e modalità di memorizzazione, archiviazione, comparazione delle immagini cliniche e dermoscopiche per il follow up.	5,00	1,50	2,00
11	possibilità di creazione di una cartella clinica del paziente	2,00	2,00	2,00
12	Valutare possibilità e modalità di elaborazione, misurazione manuale ed automatica delle immagini ed eventuale analisi dei pattern dermoscopici	2,19	1,59	1,98
13	Valutare possibilità e modalità di refertazione	4,00	4,00	4,30
	<u>Computer o PC portatile con le stesse caratteristiche</u>			
14	Valutare caratteristiche del computer configurato per un lavoro con immagini fornito di programma antivirus e monitor ultrapiatto ad alta	2,92	2,52	3,04
15	Capacità di archiviazione	3,00	0,38	3,00
	<u>Stampante</u>			
16	Stampante a colori ad alta risoluzione in formato A4 per stampa su carta comune e fotografica	4,00	4,00	4,00
	somma dei punteggi tecnici ottenuti in sede quantitativa e qualitativa	66,55	44,39	51,95



Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di stazioni videodermatoscopiche digitali da destinare ad ambulatori per servizi territoriali presso varie strutture di competenza dell'ASL TA. CIG 77863256A7

Allegato C al verbale n. 2 del 03/04/2019 della commissione giudicatrice

Operatore economico offerente: Medici Medical S.r.l.

criterio	descrizione	punteggio tecnico massimo	modalità attribuzione punteggio	valore dichiarato	coefficiente	punteggio tecnico attribuito	coefficiente attribuito			media	punteggio	punteggio qualità (riparametrato, in settantesimi)
							commissario 1	commissario 2	commissario 3			
	Videocamera											
1	Illuminazione a luce fredda diodi cromatica diretta e policromatica polarizzata	6	ON/OFF	1,00	1,00	6,00	-	-	-	-	6,00	
2	Risoluzione superiore 1600 x 1050 megapixel	6	ON/OFF	1,00	1,00	6,00	-	-	-	-	6,00	
3	Valutare modalità e funzionalità di Autofocus	5	Discrezionale				0,6	0,2	0,3	0,37	1,83	
4	Valutare possibilità e modalità di cattura elettronica dell'immagine mediante tasto a scatto o mediante pedale remoto	5	Discrezionale				0,6	0,5	0,5	0,53	2,67	
5	Valutare possibilità e modalità di riprese cliniche a distanza	4	Discrezionale				0,7	0,5	0,4	0,53	2,13	
	Ottica											
6	Ottica integrata nella sonda senza sostituzione di gruppi ottici	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00	
7	Riconoscimento automatico dell'ingrandimento in uso	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00	
8	Valutare possibilità e modalità di acquisizione dell'immagine per contatto mediante apposito vetrino e con polarizzazione senza contatto diretto	6	Discrezionale				0,60	0,40	0,50	0,50	3,00	
9	Valutare possibilità e modalità di riprese con polarizzazione senza contatto diretto	4	Discrezionale				0,60	0,40	0,50	0,50	2,00	
	Software											
10	Valutare possibilità e modalità di memorizzazione, archiviazione, comparazione delle immagini cliniche e dermoscopiche per il follow up. Possibilità di mappatura su body map o foto reale	5	Discrezionale				0,50	0,30	0,40	0,40	2,00	
11	possibilità di creazione di una cartella clinica del paziente	2	ON/OFF	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	2,00	
12	Valutare possibilità e modalità di elaborazione, misurazione manuale ed automatica delle immagini ed eventuale analisi dei pattern dermoscopic	3	Discrezionale				0,70	0,60	0,70	0,66	1,98	
13	Valutare possibilità e modalità di refertazione	5	Discrezionale				1,00	0,80	0,80	0,86	4,30	
	Computer o PC portatile con le stesse caratteristiche											
14	Valutare caratteristiche del computer configurato per un lavoro con immagini fornito di programma antivirus e monitor ultrapiatto ad alta risoluzione	4	Discrezionale				0,80	0,70	0,80	0,76	3,04	
15	Capacità di archiviazione	3	Lineare	4,00	1,00	3,00	-	-	-	-	3,00	
	Stampante											
16	Stampante a colori ad alta risoluzione in formato A4 per stampa su carta comune e fotografica	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00	
											51,95	54,65



Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di stazioni videodermatoscopiche digitali da destinare ad ambulatori per servizi territoriali presso varie strutture di competenza dell'ASL TA. CIG 77863256A7

Allegato B al verbale n. 2 del 03/04/2019 della commissione giudicatrice

Operatore economico offerente: DS Medica S.r.l.

criterio	descrizione	punteggio tecnico massimo	modalità attribuzione punteggio	valore dichiarato	coefficiente	punteggio tecnico attribuito	coefficiente attribuito			media	punteggio	punteggio qualità (riparametrato, in settantesimi)
							commissario 1	commissario 2	commissario 3			
	Videocamera											
1	Illuminazione a luce fredda diodica policromatica diretta e policromatica polarizzata	6	ON/OFF	1,00	1,00	6,00	-	-	-		6,00	
2	Risoluzione superiore 1600 x 1050 megapixel	6	ON/OFF	1,00	1,00	6,00	-	-	-		6,00	
3	Valutare modalità e funzionalità di Autofocus	5	Discrezionale				0,5	0,4	0,4	0,433333333	2,17	
4	Valutare possibilità e modalità di cattura elettronica dell'immagine mediante tasto a scatto o mediante pedale remoto	5	Discrezionale				0,7	0,6	0,5	0,6	3,00	
5	Valutare possibilità e modalità di riprese cliniche a distanza	4	Discrezionale				0,4	0,4	0,4	0,4	1,60	
	Ottica											
6	Ottica integrata nella sonda senza sostituzione di gruppi ottici	4	ON/OFF	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	
7	Riconoscimento automatico dell'ingrandimento in uso	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00	
8	Valutare possibilità e modalità di acquisizione dell'immagine per contatto mediante apposito vetrino e con polarizzazione senza contatto diretto	6	Discrezionale				0,70	0,40	0,40	0,50	3,00	
9	Valutare possibilità e modalità di riprese con polarizzazione senza contatto diretto	4	Discrezionale				0,80	0,60	0,60	0,66	2,64	
	Software											
10	Valutare possibilità e modalità di memorizzazione, archiviazione, comparazione delle immagini cliniche e dermoscopiche per il follow up. Possibilità di mappatura su body map o foto reale	5	Discrezionale				0,40	0,20	0,30	0,30	1,50	
11	possibilità di creazione di una cartella clinica del paziente	2	ON/OFF	1,00	1,00	2,00	-	-	-	-	2,00	
12	Valutare possibilità e modalità di elaborazione, misurazione manuale ed automatica delle immagini ed eventuale analisi dei pattern dermoscopic	3	Discrezionale				0,60	0,50	0,50	0,53	1,59	
13	Valutare possibilità e modalità di refertazione	5	Discrezionale				0,80	0,80	0,80	0,80	4,00	
	Computer o PC portatile con le stesse caratteristiche											
14	Valutare caratteristiche del computer configurato per un lavoro con immagini fornito di programma antivirus e monitor ultrapiatto ad alta risoluzione	4	Discrezionale				0,70	0,60	0,60	0,63	2,52	
15	Capacità di archiviazione	3	Lineare	0,50	0,13	0,38	-	-	-	-	0,38	
	Stampante											
16	Stampante a colori ad alta risoluzione in formato A4 per stampa su carta comune e fotografica	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00	
											44,39	46,69

70