

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

Allegato 4) Questionario raccolta dati

Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di un'apparecchiatura per "scrambler therapy" e relativo servizio di assistenza tecnica triennale full-risk post garanzia da destinare alle S.S. Terapia Antalgica del P.O.C. Stabilimento "SS. Annunziata". CIG _____.

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA					
Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi.					
Fornitura di un'apparecchiatura per "scrambler therapy"					
PRODUTTORE					
MODELLO					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					
Apparecchio per SCRAMBLER THERAPY	DESCRIVERE				
Il dispositivo deve essere indicato per i casi di dolore cronico neuropatico, oncologico, dolore resistente agli oppiacei, dolore post chirurgico e post traumatico;	SI	☐	NO	☐	
Dotato di 5 canali indipendenti per l'erogazione di stimoli a bassa intensità (ampiezza massima 5,5 mA di picco su carico fittizio di 500 ohm con frequenza media del treno d'onda < 80 Hz) che vengano identificati dal sistema nervoso centrale come segnali di " non dolore";	SI	☐	NO	☐	
Erogazione di trattamento automatizzato che non richieda l'impostazione dei singoli parametri d'onda, come frequenza e duty cycle;	SI	☐	NO	☐	
Regolarizzazione dei livelli di stimolazione (ampiezza dello stimolo) di ciascun canale e la durata del trattamento. Provvisto di allarme di fine trattamento. Il dispositivo deve funzionare mediante l'applicazione non	SI	☐	NO	☐	

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO Area Gestione del Patrimonio
--

invasiva di comuni elettrodi ECO tipicamente da 5 mm (non dedicati) sulla cute del paziente;					
Dotato di cavi con forbice larga;	SI	☐	NO	☐	
Dotato di carrello di supporto con ruote piroettanti per agevolare gli spostamenti e completo di ogni accessorio necessario al pieno e corretto funzionamento;	SI	☐	NO	☐	
Peso e dimensioni contenute;	SI	☐	NO	☐	
L'apparecchiatura deve essere nuova e di ultima generazione, non ricondizionata, in grado di garantire un livello di prestazioni compatibile con la più moderna tecnologia, costruita a regola d'arte ed in conformità alle leggi e regolamenti vigenti (Marcato CE in rispondenza alla Direttiva 93/42/CEE e s. m. i., D.Lgs 46/97 e s.m.i)	SI	☐	NO	☐	

N.B. nel caso la caratteristica di minima non corrisponde pienamente alla caratteristica di minima il concorrente dovrà motivare la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore