

GT	Presidio	Reparto	Attività	CIG	Data apertura	Ditta	Data ordine	Importo ordine	Bolla lavoro	Data fattura	Importo fattura
20182692	Manduria	Rianimazione	Ripristino errore cassetto espiraorio Monitor mod. 6691287	Z96293EED7	07-nov-18	MAQUET Italia SpA	19-lug-19	€ 1.641,88	16-nov-18	19-lug-19	€ 1.641,88
20190482	Martina Franca	S O	Ripristino Autoclave mod. S666 E per presenza di calcare sui cestelli e buste di sterilizzazione	Z3A28D768B	25-feb-19	SORDINA S.r.l.	19-giu-19	€ 206,81	27-feb-19	28-giu-19	€ 206,81
20190608	S G Moscati	Rianimazione Nord	Ripristino attacco rotto su sistema antidecubito prod. Demarta mod. Devicare (compressore R7E + Materasso K20+)	ZDB2919F96	12-mar-19	FASE	09-lug-19	€ 202,89		11-lug-19	€ 202,89
20190846	Martina Franca	Chirurgia	Ripristino pompa non funzionante su Unità di lavaggio MTW mod. Clean "O" Max 2	Z3B286D2AE	09-apr-19	A2 Srl	28-mag-19	€ 1.000,00	03-giu-19	04-giu-19	€ 1.000,00
20190860	Manduria	Cardiologia	Ripristino registratore Holter pressorio mod. Tonoport V per mancato funzionamento bracciale	Z172888A08	10-apr-19	BETAFIN S.P.A.	30-mag-19	€ 113,03		28-giu-19	€ 113,03
20190870	Martina Franca	Ostetricia Ginecologia	Ripristino malfunzionamento della sonda Toco su Monitor fetale mod. F9 Express	Z1F2857107	11-apr-19	PUGLIA MEDICAL Srl	16-mag-19	€ 652,75	18-giu-19	20-giu-19	€ 652,75
20190871	Martina Franca	Ostetricia Ginecologia	Ripristino malfunzionamento della sonda Toco su Monitor fetale mod. F9 Express	ZE52857078	11-apr-19	PUGLIA MEDICAL Srl	16-mag-19	€ 652,75	18-giu-19	20-giu-19	€ 652,75
20190906	SS Annunziata	Cardiologia	Ripristino Elettrocardiografo mod. Mac 5500 per presenza di artefatti	ZC32882A39	16-apr-19	GE Medical Systems Italia SpA	28-mag-19	€ 573,40	15-lug-19		
20191051	SS Annunziata	S O Urologia	Ripristino Ottica 30° cod. WA2T430A	ZC7289ACA0	07-mag-19	OLYMPUS Italia Srl	30-mag-19	€ 1.342,00			
20191052	SS Annunziata	S O Urologia	Ripristino Ottica 30° cod. WA2T430A	Z9D289AD12	07-mag-19	OLYMPUS Italia Srl	30-mag-19	€ 1.342,00		07-giu-19	€ 1.342,00
20191400	Martina Franca	P. Soccorso	Ripristino Ecografo multidisciplinare Aloka mod. Prosound SSD Alpha 6 per malfunzionamento della sonda cardiologica	Z15293331E	13-giu-19	HITACHI Medical Systems SpA	17-lug-19	€ 5.569,30			
20191454	SS Annunziata	Radiologia	Ripristino Apparecchio portatile per radioscopia Mod. Vision 2 Ortho plus a seguito di fuoriuscita fumo	Z6E29038C5	19-giu-19	Ziehm Imaging srl	28-giu-19	€ 2.746,34	03-lug-19	04-lug-19	€ 2.746,34
20191463	Martina Franca	Ostetricia Ginecologia	Ripristino Cardiotocografo mod. F9 Express per rottura gancio fascia della sonda N. serie H14C01410046 e riparazione e/o sostituzione marca eventi	Z37291A36D	19-giu-19	TECNOSOLUZIONI Srl	09-lug-19	€ 561,81			
20191714	SS Annunziata	Radiologia	Ripristino Apparecchio portatile per radioscopia Mod. Vision 2 Ortho plus che non eroga raggi	Z64294C1E4	22-lug-19	Ziehm Imaging srl	24-lug-19	€ 976,00			
20191719	Manduria	Cardiologia	Fornitura cavo a tre derivazioni defibrillatore Metrax mod. Primedic Evo II	Z8B2949C5C	23-lug-19	TECNOSOLUZIONI Srl	29-lug-19	€ 472,00			
Totale ordini								€ 18.052,96			
Totale fatturato								€ 8.558,45			

19COS3