



Ing. Tommaso CARRERA

Dirigente ingegnere – R.U.P.

OGGETTO: Procedura negoziata telematica in urgenza per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 43 ventilatori presso-volumetrici per anni uno con l'opzione di un ulteriore anno e relativo materiale di consumo, da destinare a diverse strutture dell'ASL TA. CIG 81126209CD

Con la presente si tramettono i verbali di seduta riservata redatti dalla Commissione Giudicatrice e di seguito elencato:

- Verbale N.1 del 12/12/2019 – seduta riservata della commissione giudicatrice. N° Allegati: 1;

Distinti Saluti.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice

Dott. Antonio RICOTTA

Procedura negoziata telematica in urgenza per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 43 ventilatori presso-volumetrici per anni uno con l'opzione di un ulteriore anno e relativo materiale di consumo, da destinare a diverse strutture dell'ASL TA. CIG 81126209CD

Verbale n. 1 del 12/12/2019 – seduta riservata della commissione giudicatrice

L'anno 2019, il giorno dodici del mese di Dicembre, alle ore 9:00 presso gli uffici della ASL Taranto, siti al secondo piano di viale Virgilio n° 31 in Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determina del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio n° 1349-2019 costituita da:

Presidente: dott. Antonio RICOTTA

Componente: dott. Leonardo RODANO

Componente: ing. Francesco DIBATTISTA

Con il fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto, il Presidente richiama la determina del direttore dell'Area Gestione del Patrimonio relativa alla lettera di invito, al capitolato tecnico ed ai questionari raccolta dati acclusi alla procedura di gara.

Il Presidente, prima dell'avvio dei lavori, chiede a ciascun componente di dichiarare di non trovarsi in nessuna ipotesi di inconferibilità e conflitto di interesse, anche potenziale in rapporto all'incarico di componente della commissione giudicatrice della procedura di cui all'oggetto. Tutti i componenti dichiarano di non trovarsi nelle suddette posizioni.

Il Presidente avvia quindi i lavori della commissione giudicatrice che procede ad esaminare la completezza della documentazione presentata dall'unico operatore economico ammesso alla fase di valutazione delle offerte tecniche:


1. Vivisol S.r.l.

Successivamente, la commissione giudicatrice prosegue ad esaminare la documentazione tecnica presentata, procedendo all'assegnazione dei giudizi quantitativi (ON/OFF, lineare) e dei giudizi qualitativi (discrezionale).


Al termine di tale fase di valutazione, sulla scorta delle dichiarazioni dell'offerente e dell'attento esame dell'ulteriore documentazione tecnica presentata, la commissione giudicatrice procede al calcolo del punteggio tecnico totale dell'operatore economico ammesso.


I lavori terminano alle ore 11:10.

Si allega al presente verbale l'allegato A in cui sono riportati i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice.

Firma: 
Il Presidente: dott. Antonio Ricotta

Data: 12/12/2019

Firma: 
Componente: dott. Leonardo Rodano

Firma: 
Componente: ing. Francesco Dibattista



Procedura negoziata telematica in urgenza per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 43 ventilatori presso volumetrici per anni uno con l'opzione di un ulteriore anno e relativo materiale di consumo, da destinare a diverse strutture dell'ASL TA. CIG 81126209CD

Allegato A al verbale n. 1 del 12/12/2019 della commissione giudicatrice

Operatore economico offerente: Vivisol S.r.l.

criterio	descrizione	punteggio tecnico massimo	modalità attribuzione punteggio	valore dichiarato	coefficiente	punteggio tecnico attribuito	coefficiente attribuito			media	punteggio
							commissario 1	commissario 2	commissario 3		
	Criteri di attribuzione del punteggio tecnico di tipo QUALITATIVO										
1	Dimensioni compatte con design ergonomico, chassis solido e privo di spigoli destinato all'uso per cure ospedaliere e per attrezzature per il trasporto con peso uguale o inferiore a 6 kg con display di facile lettura e possibilità di visualizzazione di forme d'onda	5	Discrezionale				1	1	1	1,00	5,00
2	Modo di ventilazioni: CPAP, S, S/T, T, PC, PC_SIMV, PC_MPV con volume garantito, AC, VC, VC_SIMV preferibilmente eseguibili sia con circuito passivo che con circuito attivo	4	Discrezionale				1	1	1	1,00	4,00
3	Trigger e flusso manuale o automatico di tipo predittivo	3	ON/OFF	1,00	1,00	3,00	-	-	-	-	3,00
4	Compensazione delle perdite e dell'altitudine automatico	3	ON/OFF	1,00	1,00	3,00	-	-	-	-	3,00
5	Algoritmo interno ed automatico di autoregolazione dell'ipap e preferibilmente anche dell'epap con possibilità di ventilazione con volume garantito	6	Discrezionale				1	1	0,8	0,93	5,60
6	Portata massima turbina superiore a 200 lt/min	4	Lineare	220,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00
7	Funzione di nebulizzazione	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00
8	Algoritmo interno ed automatico atto a flettere le pressioni di picco erogate per un maggior comfort dell'assistito	5	ON/OFF	1,00	1,00	5,00	-	-	-	-	5,00
9	Memoria interna e possibilità di esportare dati per mezzo di scheda di memoria e cavo	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00
10	Software dedicato, che consenta lo studio della terapia e delle perdite di semplice lettura. Possibilità di esportare i referti in pdf	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00
11	Supporto di circuiti monotubo attivi e passivi per ventilazione invasiva e non invasiva	4	ON/OFF	1,00	1,00	4,00	-	-	-	-	4,00
12	Connettore ossigeno a bassa ed alta pressione con possibilità di impostazione FiO2 dal 21% sino al 100% direttamente sul ventilatore	5	Discrezionale				1	1	1	1,00	5,00
13	Doppia batteria interna di cui una estraibile (con visualizzazione livello di carica) con autonomia maggiore o uguale alle 6 ore	5	Lineare	8,00	1,00	5,00					5,00
	Materiale di consumo										
14	Maschere oro-nasali con tecnologia e materiali avanzati, raccordi ed accessori presenti, diverse misure disponibili, dotate di sistema di fissaggio alla testa	5	Discrezionale				1	1	1	1,00	5,00
15	Maschere full face con tecnologia e materiali avanzati, raccordi ed accessori presenti, diverse misure disponibili (S, L, XL), dotate di sistema di fissaggio alla testa	5	Discrezionale				1	1	1	1,00	5,00
16	Circuiti (filtri + tubi) con tecnologia e materiali avanzati, lunghezza idonea, diverse misure disponibili	4	Discrezionale				0,7	0,7	0,8	0,73	2,93

Totale 68,53
Riparametrazione 70,00