



VERBALE N. 7 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SEDUTA RISERVATA

Procedura aperta telematica tramite piattaforma Empulia per l'affidamento della fornitura - noleggio e acquisto – di apparecchiature di anestesia per le esigenze dei Reparti di Anestesia del P.O. "SS. Annunziata", P.O. "S.G.Moscati", P.O. "San Pio" di Castellaneta e P.O. "Valle d'Itria" di Martina Franca e relativo servizio di assistenza full risk.

Il giorno 28 del mese di Ottobre dell'anno 2019, alle ore 14,30, presso gli uffici dell'Area Gestione del Patrimonio al I piano di Viale Virgilio n. 31 in Taranto, in seduta riservata, si riunisce la Commissione Giudicatrice relativa alla procedura aperta in intestazione, nominata con determinazione dirigenziale n. 559 del 22/05/2019 e così composta:

- dr. Antonio Rubino - Presidente
- dr.ssa Camilla Dimito - Componente
- dott. Lorenzo Francesco Russo – Componente

La Commissione Giudicatrice riprende i lavori e continua l'esame delle offerte tecniche relative al Lotto 3.

Si procede quindi a continuare ad esaminare la documentazione tecnica presentata dalla ditta Tecnomedica srl per il lotto 3.

Atteso l'intervenuto esame delle documentazioni delle ditte Betafin spa, Philips spa e Tecnomedica srl, relativamente al Lotto 3, si procede ad attribuire i punteggi di cui alla scheda allegata - parte integrante e sostanziale del presente verbale – Allegato A.

La Commissione trasmette al Responsabile Unico della Procedura i verbali delle operazioni tenute per gli adempimenti consequenziali.

La seduta si chiude alle ore 17,30.

Letto e confermato, è così sottoscritto.

Il Presidente dr. Antonio Rubino

Il Componente dr.ssa Camilla Dimito

Il Componente dott. Lorenzo Francesco Russo

PROCEDURA APERTA TELEMATICA TRAMITE PIATTAFORMA EMPULIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA - NOLEGGIO E ACQUISTO - DI APPARECCHIATURE DI ANESTESIA PER LE ESIGENZE DEI REPARTI DI ANESTESIA DEL P.O. "SS. ANNUNZIATA", P.O. "S.G. MOSCATI", P.O. "SAN PIO" DI CASTELLANETA E P.O. "VALLE D'ITRIA" DI MARTINA FRANCA E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA FULL RISK.

LOTTO 3 - CIG 7789115509

		PUNT. MAX	modalità attribuzione punteggio	BETAFIN			PHILIPS			TECNOMEDICA								
				Commissionario 1	Commissionario 2	Commissionario 3	Media Coefficiente	Punteggio	Commissionario 1	Commissionario 2	Commissionario 3	Media Coefficiente	Punteggio					
1	Caratteristiche generali del monitor, facilità d'uso ed ergonomia	8	Discrezionale	0,8	0,8	0,8	0,80	6,40	0,8	0,8	0,8	0,80	6,40	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00
2	Caratteristiche migliorative parametri di monitoraggio rispetto a quelle richieste	8	Discrezionale	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00	0,8	0,8	0,8	0,80	6,40	0,9	0,9	0,9	0,90	7,20
3	Caratteristiche migliorative monitoraggio delle aritmie rispetto a quelle richieste	8	Discrezionale	0,8	0,8	0,8	0,80	6,40	0,7	0,7	0,7	0,70	5,60	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00
4	Caratteristiche migliorative e tecnologia della soluzione utilizzata per garantire la continuità di monitoraggio durante il trasporto senza perdita di dati	10	Discrezionale	0,6	0,6	0,6	0,60	6,00	0,6	0,6	0,6	0,60	6,00	1,0	1,0	1,0	1,00	10,00
5	Caratteristiche del modulo per la valutazione dello stato di ipnosi	3	Discrezionale	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00
6	Caratteristiche del modulo per la valutazione del livello di curarizzazione	3	Discrezionale	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00
7	Caratteristiche valutazione del livello di notcezione	3	Discrezionale	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00
8	Caratteristiche del modulo EEG	3	Discrezionale	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	0,3	0,3	0,3	0,30	0,90	0,7	0,7	0,7	0,70	2,10
9	Caratteristiche del modulo o monitor esterno PICCO	3	Discrezionale	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	0,3	0,3	0,3	0,30	0,90	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00
10	Caratteristiche del modulo o monitor esterno per la misurazione della gittata cardiaca con metodo totalmente non invasivo	3	Discrezionale	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	0,3	0,3	0,3	0,30	0,90	0,7	0,7	0,7	0,70	2,10
11	Caratteristiche allarmi	3	Discrezionale	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00	1,0	1,0	1,0	1,00	3,00
12	Soluzioni tecniche innovative e potenziali integrazioni del sistema	7	Discrezionale	0,6	0,6	0,6	0,60	4,20	0,5	0,5	0,5	0,50	3,50	1,0	1,0	1,0	1,00	7,00
13	Caratteristiche generali della centrale di monitoraggio	8	Discrezionale	0,8	0,8	0,8	0,80	6,40	0,7	0,7	0,7	0,70	5,60	1,0	1,0	1,0	1,00	8,00
	TOTALE	70						58,40					47,60					67,40
	RIPARAMETRAZIONE							60,65					49,44					70,00

Colledara

Edin

5006 June Pmo