

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

Allegato 4) Questionario raccolta dati

Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di autorefrattometri portatili, lampade a fessura portatili e attrezzature varie e relativo servizio di assistenza tecnica post garanzia tipo full-risk triennale per le necessità degli ambulatori di oculistica dell'ASL TA.

LOTTO 1 – AUTOREFRATTOMETRI PORTATILI - CIG _____

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA					
Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi.					
AUTOREFRATTOMETRI PORTATILI					
PRODUTTORE					
MODELLO					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					
					<i>DESCRIZIONE</i>
• Monitor tiltabile fino a 70° per le misurazioni a soggetti allettati;	SI	☐	NO	☐	
• Indicazioni colorimetriche per il giusto posizionamento;	SI	☐	NO	☐	
• Deve essere dotato di un sistema che permetta di rilevare automaticamente l'angolo dell'unità principale per l'aggiustamento della precisione della lettura asse;	SI	☐	NO	☐	
• Funzione di memorizzazione dei dati relativi agli ultimi 120 occhi (60 pazienti);	SI	☐	NO	☐	
• Lettura della dimensione della pupilla per il controllo dell'accomodamento fino a 12.0 Mm con incrementi di 0,1 mm;	SI	☐	NO	☐	
• Batteria ricaricabile di grande capacità in grado di misurare ininterrottamente 180 minuti;	SI	☐	NO	☐	
• Peso estremamente ridotto;	SI	☐	NO	☐	
• Trasferimento dati alla stampante con collegamento wireless (IR).	SI	☐	NO	☐	
Refrattometria					
Range di misura: Sfera + Cilindro: da -20D a +23D con incrementi Auto/0,12D/0.25D selezionabile	SI	☐	NO	☐	
Cilindro: da 0 a -12D ; da 0 a +12D con incrementi Auto/0.12D/0.25D selezionabile	SI	☐	NO	☐	
Asse: da 0° a 180° con incrementi di 1°	SI	☐	NO	☐	

N.B. nel caso le caratteristiche indicate non corrispondono pienamente alla caratteristica tecnica richieste il concorrente dovrà motivare la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI GRIGLIA PUNTI			
n.	Criteri di attribuzione del punteggio tecnico		
1	Ergonomia, peso, affidabilità delle misurazioni e precisione nell'analisi visiva	DESCRIVERE	
2	Range di misurazione	DESCRIVERE	
3	Memorizzazione dati	DESCRIVERE	
4	Lettura dimensione pupilla	DESCRIVERE	

LOTTO 2 – LAMPADE A FESSURA PORTATILI - CIG _____

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA					
Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi.					
LAMPADE A FESSURA PORTATILI					
PRODUTTORE					
MODELLO					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					
					DESCRIZIONE
• Design ergonomico con base circolare per garantire una maggiore stabilità	SI	☐	NO	☐	
• Illuminazione a LED da almeno 20000 lux;	SI	☐	NO	☐	
• Angolo di oculari: 13°;	SI	☐	NO	☐	
• 2 step di ingrandimenti 10x e 16x;	SI	☐	NO	☐	
• Compensazione Oculari da -8D a +5D;	SI	☐	NO	☐	
• Angolo di proiezione della fessura: orizzontale $\pm 60^\circ$;	SI	☐	NO	☐	
• Range di misurazione distanza interpupillare da 40 a 72 mm;	SI	☐	NO	☐	
• Filtro blu cobalto;	SI	☐	NO	☐	
• Batteria ricaricabile;	SI	☐	NO	☐	
• Predisposizione per acquisizione di	SI	☐	NO	☐	

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

immagini digitali;					
• Possibilità di inserimento filtro giallo.	SI	☐	NO	☐	

N.B. nel caso le caratteristica indicate non corrispondono pienamente alla caratteristica tecniche richieste il concorrente dovrà motivare la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI GRIGLIA PUNTI			
n.	Criteri di attribuzione del punteggio tecnico		
1	Ergonomia e maneggevolezza d'uso	DESCRIVERE	
2	Ingrandimenti e illuminazione	DESCRIVERE	
3	Compensazione oculari	DESCRIVERE	
4	Possibilità di implementazione digitale del sistema e filtro giallo	DESCRIVERE	

LOTTO 3 – ATTREZZATURE VARIE - CIG _____

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi.					
n. 1 tonometro/pachimetro					
PRODUTTORE					
MODELLO					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					
					DESCRIZIONE
• Strumento per la rilevazione della pressione oculare con metodo no-contact	SI	☐	NO	☐	
• Possibilità di eseguire le misurazioni utilizzando l'allineamento 3d, in	SI	☐	NO	☐	

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

modo da Velocizzare le procedure su tutti quei pazienti che hanno la difficoltà' di fissazione.					
• Monitor incorporato per la completa gestione dello strumento	SI	☐	NO	☐	
• Funzione di centratura 3 in 1 : blocco sicurezza – “messaggio troppo vicino” – avviso acustico “troppo vicino”	SI	☐	NO	☐	
• Sistema di autoallineamento 3D	SI	☐	NO	☐	
• Lettura automatica eseguita tramite la centratura di un solo punto riflesso dalla cornea	SI	☐	NO	☐	
• Mira di fissazione interna ad infrarosso	SI	☐	NO	☐	
• Funzione automatica di auto-diagnosi:visualizzazione a monitor di messaggi d'errore	SI	☐	NO	☐	
• Sistema di misura a doppio sensore: misura accurata indipendente dalla pressione	SI	☐	NO	☐	
• atmosferica	SI	☐	NO	☐	
• Joystick omnidirezionale per una comoda centratura dell'occhio	SI	☐	NO	☐	
• Scala misurazione:0-30/0-60 selezionabili	SI	☐	NO	☐	
• Sistema di rilevazione auto/manuale	SI	☐	NO	☐	
• Dispositivo di autospegnimento	SI	☐	NO	☐	
• Visualizzazione a monitor delle ultime 3 rilevazioni e relativa media	SI	☐	NO	☐	
• Stampante termica incorporata	SI	☐	NO	☐	
• Sistema di taratura di +/- 4 mm/hg incorporato	SI	☐	NO	☐	
• Rilevazione automatica di occhio destro o sinistro	SI	☐	NO	☐	
• Possibilità di interfaccia a computer	SI	☐	NO	☐	
• Movimento verticale mentoniera	SI	☐	NO	☐	
• Movimento della testa: (fronte e retro), (sinistra e destra)	SI	☐	NO	☐	
• Pachimetria integrata	SI	☐	NO	☐	
• Lo strumento deve essere dotato di tavolo ad elevazione elettrica con pianale	SI	☐	NO	☐	
n. 1 fontifocometro					
PRODUTTORE					
MODELLO					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

					DESCRIZIONE
• Sfera: misurazioni range da – 25,00D a +25,00D step di 0.01 – 0.12 – 0.25D	SI	☐	NO	☐	
• Cilindro: misurazioni range da -10.00D +10.00D con intervalli di 0.01 – 0.12 – 0.25D	SI	☐	NO	☐	
• Asse: misurazioni range da 0° 180° con intervallo di 1°	SI	☐	NO	☐	
• Add: misurazioni range da 0+10.00D con intervalli di 0.01 – 0.12 – 0.25D	SI	☐	NO	☐	
• Prisma misurazioni range da 0D a 6D con intervallo di 0.01 – 0.12 – 0.25D	SI	☐	NO	☐	
• Misurazione automatica della distanza interpupillare	SI	☐	NO	☐	
• Misurazioni range da 40 a 95 mm step 0.5 mm	SI	☐	NO	☐	
• Diametro ø da 5,00 a 12mm circa	SI	☐	NO	☐	
• Lenti misurabili - lenti singole fino a 90 mm di diametro circa	SI	☐	NO	☐	
• Lenti montate	SI	☐	NO	☐	
• Lenti multifocali	SI	☐	NO	☐	
• Progressive	SI	☐	NO	☐	
• Display	SI	☐	NO	☐	
• Stampante termica incorporata					
n. 1 lente di Goldman					
PRODUTTORE					
MODELLO					
		DESCRIZIONE			

N.B. nel caso le caratteristica indicate non corrispondono pienamente alla caratteristica tecniche richieste il concorrente dovrà motivare la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI GRIGLIA PUNTI				
n.	Criteri di attribuzione del punteggio tecnico			
n. 1 tonometro/pachimetro				
1	POSSIBILITA' DI ESEGUIRE LE MISURAZIONI UTILIZZANDO L'ALLINEAMNETO 3D, IN MODO DA VELOCIZZARE LE PROCEDURE SU TUTTI QUEI	SI	☐	NO ☐
				DESCRIVERE

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

	PAZIENTI CHE HANNO LA DIFFICOLTA' DI FISSAZIONE - SISTEMA DI AUTOALLINEAMENTO 3D			
2	LETTURA AUTOMATICA ESEGUITA TRAMITE LA CENTRATURA DI UN SOLO PUNTO RIFLESSO DALLA CORNEA	SI ☐	NO ☐	DESCRIVERE
3	FUNZIONE AUTOMATICA DI AUTO-DIAGNOSI: VISUALIZZAZIONE A MONITOR DI MESSAGGI D'ERRORE	SI ☐	NO ☐	DESCRIVERE
4	SISTEMA DI MISURA A DOPPIO SENSORE: MISURA ACCURATA INDIPENDENTE DALLA PRESIONE ATMOSFERICA	DESCRIVERE		
5	AMPIA SCALA MISURAZIONE: 0-30/0-60 SELEZIONABILI	DESCRIVERE		
6	SISTEMA DI RILEVAZIONE AUTO/MANUALE	SI ☐	NO ☐	DESCRIVERE
7	DISPOSITIVO DI AUTOSPEGNIMENTO	SI ☐	NO ☐	DESCRIVERE
8	SISTEMA DI TARANTURA DI +/- 4 MM/HG INCORPORATO	SI ☐	NO ☐	DESCRIVERE
9	AMPIO MOVIMENTO VERTICALE MENTONIERA	DESCRIVERE		
10	AMPIO MOVIMENTO DELLA TESTA	DESCRIVERE		
n. 1 fontifocometro				
11	AMPIO RANGE DIAMETRO DI SERA	DESCRIVERE		
12	AMPIO RANGE DI VARIAZIONE DI DIAMETRO CILINDRO	DESCRIVERE		
13	AMPIO RANGE GRADI ASSE	DESCRIVERE		
14	AMPIO RANGE DIAMETRO DI PRISMA	DESCRIVERE		
15	MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA DISTANZA INTERPUPILLARE	SI ☐	NO ☐	DESCRIVERE
16	AMPIO RANGE DI MISURAZIONE	DESCRIVERE		
n.1 lente di Goldman				
17	Caratteristiche tecniche lente di Goldman	DESCRIVERE		