Verbale n.1 del 18/05/2020 – seduta riservata della commissione giudicatrice

L'anno 2020, il giorno diciotto del mese di Maggio, alle ore 15:00 presso gli uffici della ASL Taranto, siti al quarto piano di viale Virgilio n° 31 in Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determina del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio n° 427-2019, costituita da:

Presidente: dr. Massimo BUONFANTINO

Componente: dr. Gianfranco MALAGNINO

Componente: ing. Francesco DIBATTISTA

Con il fine di procedere alla valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura in oggetto, il Presidente richiama la determina relativa alla lettera di invito della procedura di cui all'oggetto, comprendente il capitolato tecnico ed i questionari raccolta dati acclusi alla procedura di gara, nonché la griglia di valutazione punteggio qualità.

Il Presidente, prima dell'avvio dei lavori, chiede a ciascun componente di dichiarare di non trovarsi in nessuna ipotesi di inconferibilità e conflitto di interesse, anche potenziale in rapporto all'incarico di componente della commissione giudicatrice della procedura di cui all'oggetto. Tutti i componenti dichiarano di non trovarsi nelle suddette posizioni.

Il Presidente avvia quindi i lavori della commissione giudicatrice che procede ad avviare l'esame della completezza della documentazione presentata dai quattro operatori economici ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche:

- 1. A2 S.r.l.
- 2. Alfa Hospital S.r.l.
- 3. Erbe Italia s.r.l.
- 4. Olympus Italia s.r.l.

Successivamente, la commissione giudicatrice procede ad esaminare la documentazione tecnica presentata dagli operatori economici e procede all'assegnazione dei giudizi qualitativi (discrezionale) dei vari operatori. Sono esaminati i primi due operatori in riferimento all'elenco sopra riportato.

In particolare, l'operatore economico Alfa Hospital S.r.l., ha offerto un prodotto con le seguenti caratteristiche non conformi alle minime richieste in capitolato:

- Potenza in coagulazione dipolare di 50 W inferiore a quella minima richiesta pari a 150 W;
- Potenza in taglio bipolare di 80 W inferiore a quella minima richiesta pari a 100 W;
- Carrello in dotazione senza sonde 360° che erano tra quelle richieste.

Alla luce di tali difformità l'operatore economico Alfa Hospital S.r.l. non può essere valutato rispetto alle caratteristiche successive in quanto non conforme a quanto richiesto in capitolato.

#

I lavori terminano alle ore 16:15.

Firma

Il Presidente: dr. Massimo Buonfantino

Data:

18/05/2070

Firma:

omponente: dr. Gianfranco Malagnino

Firma:

Componente: ing. Francesco Dibattista

Verbale n.2 del 25/05/2020 – seduta riservata della commissione giudicatrice

L'anno 2020, il giorno venticinque del mese di Maggio, alle ore 15:00 presso gli uffici della ASL Taranto, siti al quarto piano di viale Virgilio n° 31 in Taranto, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con determina del Direttore dell'Area Gestione Patrimonio n° 427-2020 costituita da:

Presidente: dr. Massimo BUONFANTINO Componente: dr. Gianfranco MALAGNINO Componente: ing. Francesco DIBATTISTA

Il Presidente richiama il primo verbale di riunione, nonché il capitolato tecnico ed i questionari raccolta dati acclusi alla procedura di gara.

Il Presidente avvia i lavori della commissione giudicatrice che, sulla scorta delle dichiarazioni degli offerenti e dell'attento esame dell'ulteriore documentazione tecnica presentata, procede alla valutazione dei prodotti proposti dai seguenti operatori economici, non analizzati nella prima seduta:

- 1. Erbe Italia s.r.l.
- 2. Olympus Italia s.r.l.

Si precisa che l'operatore economico Erbe Italia s.r.l., ha offerto un prodotto che non prevede un sistema con sonde aventi connessioni pluriuso, come richiesto nel capitolato. Tuttavia, il sistema offerto, dotato di un sistema di connessione brevettata denominata FiAPC, viene ritenuto soddisfacente dalla Commissione Giudicatrice e, pertanto, il prodotto è giudicato conforme ai sensi dell'art. 68 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.

L'operatore economico Olympus Italia s.r.l., invece, ha offerto un prodotto con le seguenti caratteristiche non conformi alle minime richieste in capitolato:

- Potenza di taglio e monopolare di 120 W inferiore a quella minima richiesta pari a 350 W;
- Potenza in coagulazione dipolare di 120 W inferiore a quella minima richiesta pari a 150 W;
- Il sistema proposto non dispone di sonde aventi connessioni pluriuso con nessun sistema alternativo in grado di offrire prestazioni analoghe o superiori.

Alla luce di tali difformità l'operatore economico Olympus Italia s.r.l. non può essere valutato rispetto alle caratteristiche successive in quanto non conforme a quanto richiesto in capitolato.

Al termine delle attività di cui sopra e, sulla base delle valutazioni effettuate anche durante la seduta del 18/05/2020, la commissione giudicatrice procede al calcolo del punteggio tecnico relativo ai due operatori economici che hanno presentato caratteristiche tecniche di minima conformi.

I lavori terminano alle ore 16:30.

Si allegano al presente verbale gli allegati A, B, C e D, in cui sono riportati i punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione Giudicatrice.

Firma:

Il Presidente: dr. Massimo Buonfantino

Firma

Componente: dr. Gianfranco Malagnino

Firma

Componente: ing. Francesco Dibattista



Allegato A al verbale n. 2 del 25/05/2020 della comissione giudicatrice

peratore econo	mico offerente: A2 S.r.l.						coefficiente attribuito				
iterio	descrizione	punteggio tecnico massimo	modalità attribuzione punteggio	valore dichiarato	coefficiente	punteggio tecnico attribuito	commissario 1	commissario 2	commissario 3	media	puntegg
	Correnti di taglio specifiche per endoscopia. Disponibilità,	8	discrezionale				1				
1	indicazioni specifiche e possibilità di settaggio indipendente dei parametri						0,60	0,60	0,80	0,66	
	Correnti di coagulazione specifiche per endoscopia.	8	discrezionale								1.1
2	Disponibilità, indicazioni specifiche e possibilità di settaggio indipendente dei parametri						0,70	0,70	0,80	0,73	
	Modulo di argon plasma con disponibilità di diverse correnti con rispettive indicazioni specifiche per le procedure di	8	discrezionale								
	endoscopia digestiva		. *	1 1			0,60	0,60	0,70	0,63	
		8	discrezionale	1 .						•	
4	Possibilità da parte dell'endoscopista di gestire direttamente le impostazioni indipendente da personale ausiliario mantenendo il controllo dell'endoscopio						0,60	0,60	0,80		
. 5	Facile gestione ed intercambiabilità degli accessori	8	discrezionale				0,80	0,80	1,00	0,86	
6	Visione delle impostazioni e semplice ed immediata programmazione/gestione dei moduli	8	discrezionale				0,50	0,50	0,60	0,53	
*	Presenza di diverse tipologie e lunghezze di sonde: - con uscita con uscita laterale e di sonde con uscita radiale	8	discrezionale	-							
. 7	(sonde che riducono al minimo i rischi di carbonizzazione	1.									
	della parete intestinale) - sonde monouso con filtro e cavo di collegamento incorporati						0,60	0,60	0,80	0,66	
8	Sistema di controllo dell'elettrodo neutro	7	discrezionale	1			0,60	0,60	0,80	0,66	
9	Caratteristiche del display	1 7	discrezionale	1	1		0,60	0,60	0,80	0,66	
	Caratteristicité del display		1		· .				and the second	Totale	

#

riparametrato

July

47,90



Allegato B al verbale n. 2 del 25/05/2020 della comissione giudicatrice

Operatore econo	omico offerente: Erbe Italia s.r.l.						C	oefficiente attribuit	0		
riterio	descrizione	punteggio tecnico massimo	modalità attribuzione punteggio	valore dichiarato	coefficiente	punteggio tecnico attribuito	commissario 1	commissario 2	commissario 3	media	punteggio
	Correnti di taglio specifiche per endoscopia. Disponibilità,	8	discrezionale						100	1.5	
1	indicazioni specifiche e possibilità di settaggio indipendente dei parametri						1,00	1,00	1,00	1,00	8,0
i zero en julio e	Correnti di coagulazione specifiche per endoscopia.	8	discrezionale						100		
2	Disponibilità, indicazioni specifiche e possibilità di settaggio indipendente dei parametri						1,00	1,00	1,00	1,00	8,00
	Modulo di argon plasma con disponibilità di diverse correnti	8	discrezionale	1					1 × 1		1
. 3	con rispettive indicazioni specifiche per le procedure di							and the second			
tern to some	endoscopia digestiva						1,00	1,00	1,00	1,00	8,0
		8	discrezionale					and the			
4	Possibilità da parte dell'endoscopista di gestire direttamente le impostazioni indipendente da personale ausiliario										
	mantenendo il controllo dell'endoscopio	1					1,00	1,00	0,90	0,96	7,6
5	Facile gestione ed intercambiabilità degli accessori	8	discrezionale	1.			1,00	1,00	1,00	1,00	8,00
6	Visione delle impostazioni e semplice ed immediata	8	discrezionale				1,00	1,00	0,90	0,96	7,68
<u> </u>	programmazione/gestione dei moduli		4	-	4		1,00	1,00	0,50	0,30	7,00
	Presenza di diverse tipologie e lunghezze di sonde:	8	discrezionale		4.				,	4	·
	- con uscita con uscita laterale e di sonde con uscita radiale									1.5	1.
7	(sonde che riducono al minimo i rischi di carbonizzazione										
	della parete intestinale)					1 2				. 5.5	
	- sonde monouso con filtro e cavo di collegamento						1,00	1,00	1,00	1,00	8,00
•	incorporati Sistema di controllo dell'elettrodo neutro	7	discrezionale	1			1,00			0,96	
8	Caratteristiche del display	+ /	discrezionale	1			1,00			0,96	
9	Caratteristicile dei display		discrezionale	1					·	Totale	





punteggio riparametrato



Allegato C al verbale n. 2 del 25/05/2020 della comissione giudicatrice

			punteggii ottenuti in sede quantitativa e qualitativa dalle offerte			
	criterio	descrizione	A2 S.r.l.	Erbe Italia s.r.l.		
	1	Correnti di taglio specifiche per endoscopia. Disponibilità, indicazioni specifiche e possibilità di settaggio indipendente dei parametri	5,28	8,00		
	2	Correnti di coagulazione specifiche per endoscopia. Disponibilità,	5,84	8,00		
1.	3	Modulo di argon plasma con disponibilità di diverse correnti con rispettive	5,04	8,00		
	4	Possibilità da parte dell'endoscopista di gestire direttamente le impostazioni indipendente da personale ausiliario mantenendo il	5,28	7,68		
	5	Facile gestione ed intercambiabilità degli accessori	6,88	8,00		
	6	Visione delle impostazioni e semplice ed immediata programmazione/gestione dei moduli	4,24	7,68		
	7	Presenza di diverse tipologie e lunghezze di sonde:	5,28	8,00		
	/	- con uscita con uscita laterale e di sonde con uscita radiale (sonde che		*		
. "		- sonde monouso con filtro e cavo di collegamento incorporati				
	8	Sistema di controllo dell'elettrodo neutro	4,62	6,72		
	9	Caratteristiche del display	4,62	6,72		
		somma dei punteggi tecnici ottenuti in sede quantitativa e qualitativa	47,08	68,80		



July



Allegato D al verbale n. 2 del 25/05/2020 della comissione giudicatrice

Α	В	С	D	E	
operatore economico	somma dei punteggi tecnici di tipo quantitativo	somma dei punteggi tecnici di tipo qualitativi	punteggio assegnato all'operatore economico offertente (B+C)	PUNTEGGIO QUALITA' DITTA CONSIDERATA RIPARAMETRATO	
A2 S.r.l.	· -	47,08	47,08	47,90	
Erbe Italia s.r.l.	-	68,80	68,80	70,00	

A