

Ti trovi in ▶ EmpULIA ▶ Dettaglio Bando di Gara

Mostra suggerimenti ?



Dettaglio

Chiarimenti

Per ricercare nei quesiti, inserire il Protocollo o parole contenute e cliccare sulla lente.  
Per ritornare all'elenco completo clicca [qui](#)

Cerca nei quesiti

PROTOCOLLO	QUESITO	RISPOSTA	ALLEGATO
<b>Quesito</b> PI190184-20	Buongiorno, con la presente siamo a richiedere conferma che, sia l'allegato n. 2 (dich. offerta economica) che per e l'allegato n. 5 (questionario raccolta dati), nel caso in cui si partecipasse ad entrambi i lotti presenti in gara (lotto 1 e lotto 2) debbano essere prodotti comunque n. 2 allegati (all.ti n. 2 e n. 5) separati, omettendo i dati relativi al lotto non offerto.	Si conferma	
<b>Risposta</b> PI192592-20			
<b>Quesito</b> PI189987-20	PUNTO 1. In riferimento al vs "Allegato 3) - Capitolato tecnico e griglia di valutazione", nelle tabelle "MATERIALE DI CONSUMO (stima annuale)", per quanto concerne i seguenti consumabili: - TUBI INSUFFLAZIONE - TUBI ASPIRAZIONE - FILTRI STERILI o Si chiede conferma che le quantità richieste per i seguenti materiali di consumo siano da intendersi come "cicli di utilizzo" e quindi possa essere offerto materiale monouso identico nelle quantità ai "cicli di utilizzo" oppure materiale pluriuso la cui quantità sia definita tramite documentazione del produttore che ne definisca il numero di cicli garantiti, per quanto concerne il seguente consumabile: - TUBI INSUFFLAZIONE RISCALDATI o si chiede conferma che le quantità richieste facciano riferimento a tubi pluriuso come specificato nelle caratteristiche di minima, al punto "INSUFFLATORE DI CO2", dove è richiesta la "possibilità di collegamento di tubi pluriuso per CO2 riscaldata"; o si chiede conferma che la quantità da voi richiesta di TUBI DI INSUFFLAZIONE RISCALDATI non sia da intendersi come "cicli di utilizzo", in questo caso si richiede quindi che venga indicato anche il numero di cicli di utilizzo da voi stimato per poter quindi offrire il numero corretto di tubi di insufflazione pluriuso tramite documentazione del produttore che ne definisca i cicli garantiti. o si chiede conferma che al fine dell'equivalenza funzionale, nel caso in cui indicherete i "cicli di utilizzo" sia possibile offrire TUBI DI INSUFFLAZIONE RISCALDATI MONOUSO	PUNTO 1. Si conferma quanto previsto dagli atti di gara ed i particolare che i TUBI DI INSUFFLAZIONE, TUBI ASPIRAZIONE e FILTRI STERILI sono materiali monouso e che i TUBIINSUFFLAZIONE RISCALDATI sono pluriuso. PUNTO 2. Si conferma PUNTO 3. Con riferimento all'Allegato 6) - Capitolato servizio assistenza tecnica" si conferma che tutto il materiale di consumo soggetto ad usura (ottiche laparoscopiche, caviluce, vaschette di sterilizzazione, parti di ricambio, lampade, ecc) è incluso nel canone di noleggio	
<b>Risposta</b> PI192561-20	PUNTO 2. In riferimento al vs "Allegato 3) - Capitolato tecnico e griglia di valutazione" si chiede conferma che sia possibile offrire, secondo il principio di equivalenza funzionale, un generatore di luce Xenon 300W con lampada di riserva, in quanto la vs richiesta prevede un "Generatore di luce LED con potenza	PUNTO 4. Si conferma quanto previsto dagli atti di gara.	

	<p>comparabile a una Xenon 300W per visualizzazione in luce bianca". PUNTO 3. Relativamente al "Allegato 6) - Capitolato servizio assistenza tecnica" si chiede di confermare che il materiale soggetto a usura (quali ottiche laparoscopiche) dotato di serial number identificativo, cavi luce e relative vaschette di sterilizzazione e parti di ricambio quali lampade ecc siano da considerarsi esclusi dal canone di noleggio, in quanto considerati materiale di consumo, e pertanto assimilabile al consumabile.</p> <p>PUNTO 4. In riferimento all'allegato 3 -capitolato tecnico caratteristiche tecniche – si chiedono dei moduli video o unita' indipendenti per 4K, visione 3D, visione full-Hd e visione 3D con delle quantita' da offrire e delle caratteristiche di minima da prevedere. - Si chiede conferma che tali funzioni video possano essere integrate nella stessa centralina video se disponibile in commercio in particolare nella formulazione dell'offerta per il sistema 4K ICG oppure 4K 3D ICG - Si chiede conferma che le quantita' delle parti applicate (teste di telecamera) risulti invariata o testa di telecamera 4K o testa di telecamera Full HD per ICG ma che sia possibile offrire la funzionalita' IR (ICG) sulla testa 4K. Si fa notare come N. 2 teste di telecamera rappresenti la possibilita' di consentire di concludere gli interventi laparoscopici in sicurezza durante una seduta operatoria in caso di guasto o malfunzionamento di una delle due teste. Questa analogia vale per la fonte di luce per ICG in cui il criterio di attribuzione punteggio tecnico prevede "Lampada di emergenza ad attivazione automatica e/o sistemi che consentono di concludere gli interventi in sicurezza durante una seduta operatoria". - Si chiede conferma che le quantita' dei generatori di luce risulti invariata o Generatori per luce bianca (generatore a led o equivalente) o Generatori per luce ICG (generatore a luce Xenon o equivalente) ma che sia possibile offrire la funzionalita' IR (ICG) sul generatore di luce a luce bianca (generatore a led o equivalente). Si fa notare come N. 2 generatori di luce rappresenti la possibilita' di consentire di concludere gli interventi laparoscopici in sicurezza durante una seduta operatoria in caso di guasto o malfunzionamento di una dei due generatori. Stessa analogia vale anche per la fonte di luce in cui il criterio di attribuzione punteggio tecnico prevede "Lampada di emergenza ad attivazione automatica e/o sistemi che consentono di concludere gli interventi in sicurezza durante una seduta operatoria".</p>	
<p><b>Quesito</b> PI188758-20</p> <p><b>Risposta</b> PI192530-20</p>	<p>Si chiede di voler confermare che per il lotto n.2 non sono da offrire le seguenti ottiche per il P.O. di Martina Franca Urologia. N. 1 OTTICHE 4K ICG 5MM 0^ N. 4 OTTICHE 10MM 30^ N. 2 OTTICHE 4K 5MM 30^ N. 3 OTTICHE 4K 10MM 0^ grazie</p>	<p>Si conferma</p>
<p><b>Quesito</b> PI185616-20</p> <p><b>Risposta</b> PI192480-20</p>	<p>Buongiorno, si fa presente che sul mercato sono stati introdotti sistemi di telecamera ad altissima risoluzione UHD (3840 x 2160 pixels) compatibili con l'imaging di fluorescenza mediante ICG che consentono all'operatore la fruibilita' durante l'intervento chirurgico di tutte le tecnologie a disposizione (3D, 4K e ICG), il tutto con una sola testa di telecamera, senza il disagio di doverla cambiare. Questa possibilita' non solo non e' soggetta a valutazione premiale, ma non viene in alcun modo contemplata dal presente capitolato tecnico per nessuno dei due lotti. A nostro avviso questo limiterebbe a questa Spett.le Amministrazione la possibilita' di valutare sistemi di ultima generazione orientando pertanto la scelta verso una tecnologia che risulta essere ormai obsoleta. Distinti saluti</p>	<p>Eventuali sistemi equivalenti e migliorativi saranno valutati nei vari criteri di valutazione previsti nella griglia punti</p>
<p><b>Quesito</b> PI185615-20</p> <p><b>Risposta</b> PI192475-20</p>	<p>Buongiorno, in riferimento all'Allegato 3, si attribuiscono, in entrambi i lotti, 3 punti alla testa di telecamera 4K e 3 punti alla testa di telecamera ICG in caso di AUTOCLAVABILITA' delle stesse e degli accessori (ottiche), pur richiedendone tra le caratteristiche la generica STERILIZZABILITA'. Si chiede di chiarire tale punto, perche' sembrano eccessivi 6 punti per tali caratteristiche. Grazie, distinti saluti</p>	<p>In riferimento ai criteri di valutazione previsti dall'allegato 3 "Capitolato Tecnico e griglia di valutazione" al punto 2.2 e 4.1 verrà valutata rispettivamente l'autoclavabilità della testa di telecamera e degli accessori (ottiche) della Testa di telecamera e 4K e l'autoclavabilità della testa di telecamera e degli accessori (ottiche) della Testa di telecamera ICG in base a quanto descritto dal partecipante nel questionario raccolta dati e alle schede tecniche allegate. Si confermano le griglie punti riportate nell'allegato 3.</p>
<p><b>Quesito</b> PI185613-20</p>	<p>LOTTO 1 e LOTTO 2: In riferimento all'Allegato 3, si chiedono ripetutamente dei moduli video che siano INDIPENDENTI per visione 4K, ICG o 3D. Anche se tale caratteristica non e' oggetto di valutazione, si chiede di specificare se tale caratteristica e' da</p>	<p>E' consentito offrire un modulo video che possa riunire 2 o 3 delle tecnologie</p>

<b>Risposta</b> PI192464-20	ritenersi vincolante o se e' consentito offrire un modulo video che possa riunire 2 o 3 delle tecnologie richieste (ad es. un modulo per la visione 4K e ICG insieme, ecc.). Grazie, distinti saluti	richieste (ad es. un modulo per la visione 4K e ICG insieme, ecc.).	
<b>Quesito</b> PI185612-20	Buongiorno, in riferimento ai lotti 1 e 2, si prega di chiarire se le caratteristiche elencate debbano ritenersi puramente indicative (come evidenziato a pagg. 13 e 24 dell'Allegato 3), oppure di	Si conferma che le caratteristiche di minima indicate nell'allegato 3 "capitolato tecnico e griglia di valutazione sia per il lotto n.1 che lotto n.2, "SONO PURAMENTE INDICATIVE E, PERTANTO, SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ANCHE PROPOSTE CHE NON RISPONDONO PIENAMENTE ALLE MENZIONATE CARATTERISTICHE, PURCHE ASSICURINO PRESTAZIONI ANALOGHE O SUPERIORI A QUELLE INDICATO"	
<b>Risposta</b> PI192446-20	MINIMA pena esclusione (come evidenziato a pagg. 1 e 19 sempre dell'Allegato 3). Grazie, cordiali saluti		
<b>Quesito</b> PI185610-20	Buongiorno non riusciamo ad aprire i file: ALLEGATO 9 DUVRI e File Excel da compilare. potete inviarli nuovamente? grazie	Il file ALLEGATO 9 DUVRI risulta scaricabile e leggibile dalla piattaforma Empulia. Ad ogni buon fine si allega il file ALLEGATO 9 DUVRI. Il file excel viene generato automaticamente dalla piattaforma Empulia, per eventuali problematiche relative a tale file contattare l'HELP DESK TECNICO di EmpULIA, all'indirizzo email helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121	<b>Allegato 9) - DUVRI.pdf</b>
<b>Risposta</b> PI192426-20			
<b>Quesito</b> PI179014-20	Gentilissimi, si chiede se sia possibile presentare un'unica garanzia provvisoria comprensiva di entrambi i lotti. Grazie, cordiali saluti	Si conferma.	
<b>Risposta</b> PI192424-20			
<b>Quesito</b> PI174526-20	Gentilissimi, si chiede di confermare che: 1. Gli importi delle garanzie provvisorie indicati a pag. 13 del Disciplinare di gara siano stati erroneamente invertiti, e quindi e' da considerarsi "Lotto 1 Fornitura in noleggio per 5 anni di sistemi di videolaparoscopia comprensivo di assistenza tecnica full risk con relativo materiale di consumo per le esigenze di diversi reparti" (ginecologia e chirurgia) Importo cauzione € 26.600 e "Lotto 2 Fornitura in noleggio per 5 anni di sistemi di videolaparoscopia comprensivo di assistenza tecnica full risk con relativo materiale di consumo per le esigenze di reparti di urologia" Importo cauzione € 7.400; 2. A pag. 4 dell'Allegato 5 Questionario raccolta dati, relativamente al "Lotto 2 Fornitura in noleggio per 5 anni di sistemi di videolaparoscopia comprensivo di assistenza tecnica full risk con relativo materiale di consumo per le esigenze di reparti di urologia" siano da eliminare le seguenti voci (poiche' non richieste nel capitolato tecnico): N.1 OTTICHE 4K ICG 5MM. 0^ n. 2, N. 4 OTTICHE 4K 10MM. 30^ n. 2, N. 2 OTTICHE 4K 5MM. 30^ n. 1, N. 3 OTTICHE 4K 10MM. 0^ n. 1.	1. Si conferma. L'importo della garanzia provvisoria del lotto 1 è pari a € 26.600, l'importo della garanzia provvisoria del lotto 2 è pari a € 7.400. 2. Si conferma.	
<b>Risposta</b> PI192414-20			

**Tabella informativa di indicizzazione**

RESP. PUBBLICAZIONE  
CREDITS  
AIUTO

PRIVACY  
ACCESSIBILITÀ  
NOTE LEGALI

INFORMAZIONI SUL SITO  
INTRANET

↑ TORNA SU

EmPULIA - InnovaPuglia S.p.A. - 70010 Valenzano (BA) - Strada Provinciale per Casamassima, km 3  
Numero verde: 800.900.121 - Email [info@empulia.it](mailto:info@empulia.it) - HelpDesk [helpdesk@empulia.it](mailto:helpdesk@empulia.it) - PEC [assistenza.empulia@pec.rupar.puglia.it](mailto:assistenza.empulia@pec.rupar.puglia.it)