

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

Allegato 4) Questionario raccolta dati

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di containers e relativi accessori da destinare ai presidi ospedalieri dell'ASL Taranto. CIG

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi. Qualora la caratteristica non sia presente sul dispositivo offerto specificare che la caratteristica è OPZIONALE, ove non specificato si intenderà compresa nella fornitura.					
Fornitura di containers e relativi accessori					
PRODUTTORE					
MODELLO					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					
					DESCRIZIONE
• essere realizzati in modo da garantire una tenuta a prova di microrganismi anche in condizioni di temperatura e pressioni differenti, nonché in presenza delle normali sollecitazioni meccaniche derivanti da un corretto trasporto e stoccaggio;	SI	☐	NO	☐	
• essere in alluminio anodizzato costruiti in un corpo unico;	SI	☐	NO	☐	
• essere sovrapponibili in fase di stoccaggio;	SI	☐	NO	☐	
• predisposto all'alloggiamento di targhette identificative;	SI	☐	NO	☐	
• essere privi di angoli acuti al fine di consentire una corretta pulizia e detersione di tutte le loro parti;	SI	☐	NO	☐	
• consentire l'alloggiamento di griglie a rete di misura adeguata, necessari al posizionamento dello strumentario chirurgico;	SI	☐	NO	☐	
• maniglie collocate in posizione centrale sul lato corto del container;	SI	☐	NO	☐	
• coperchio disponibile in vari colori in un unico pezzo, senza saldature, a perfetta tenuta ed essere sagomato in modo tale da consentire la sovrapposizione dei containers, deve essere separato dalla base e costruito in maniera tale che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:	SI	☐	NO	☐	
1. durante l'utilizzo deve poter essere assicurato alla base tramite serratura;	SI	☐	NO	☐	
2. l'interfaccia tra coperchio e la base deve essere dotata di guarnizione di chiusura in	SI	☐	NO	☐	

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

gomma siliconica ricambiabile, in unico pezzo senza fessura; chiuso, deve garantire proprietà di barriera microbiologica come specificato nel punto 4.6 della EN 868 parte I;					
Preferibilmente con un sistema a filtro permanente (in alternativa l'Aggiudicatario si impegna a fornire i filtri relativi senza nessun costo aggiuntivo).	SI	☐	NO	☐	
Ogni container dovrà essere completo di coperchio, cestelli con o senza piedini con coperchio, griglia, tappetino, rack, filtri.	SI	☐	NO	☐	
L'offerta dovrà essere formulata su tre tipologie di grandezza (misure indicate in cm)					
Taglia piccola (circa 30x27xh con h=variabile da circa 10 a circa 30)	SI	☐	NO	☐	
Taglia media (circa 45x27xh con h=variabile da circa 10 a circa 30)	SI	☐	NO	☐	
Taglia grande (circa 59x27xh con h=variabile da circa 10 a circa 30)	SI	☐	NO	☐	

N.B. nel caso le caratteristiche indicate non corrispondano pienamente alle caratteristiche tecniche richieste il concorrente dovrà motivare la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI GRIGLIA PUNTI		
n.	Criteri di attribuzione del punteggio tecnico	DESCRIVERE
1	Containers (materiali, caratteristiche, ecc)	
2	Caratteristiche coperchi (materiali, sistemi di chiusura, sistema filtro, ecc)	
3	Massimo numero di cicli di sterilizzazione di ciascun filtro PTFE	
4	Maneggevolezza e facilità d'uso, ergonomia compreso: identificazione del set e della branca specialistica, identificativo corrispondenza coperchio/base del container/contenitori	
5	Praticità e facilità di pulizia: es: lavaggio, rimozione tracce di collanti, etichette, polvere, materiale organico;	

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Area Gestione del Patrimonio

6	Cestelli (materiali, caratteristiche, ecc)	
7	Griglie (materiali, caratteristiche, ecc)	
8	Tappetini (materiali, caratteristiche, ecc)	
9	Rack (materiali, caratteristiche, ecc)	
10	Numero di misure taglia piccola	
11	Numero di misure taglia media	
12	Numero di misure taglia grande	