

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
**Area Gestione del Patrimonio**

Allegato 4) Questionario raccolta dati

**Procedura negoziata telematica per l'affidamento della fornitura di n. 9 cardiocografi e relativo servizio di assistenza tecnica triennale post-garanzia full risk per le necessità della S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O.C. Stabilimento "SS. Annunziata", del P.O. "San Pio" di Castellaneta e del P.O. "Valle d'Itria" di Martina Franca. CIG \_\_\_\_\_.**

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI CARATTERISTICHE DI MINIMA					
Da compilare pena esclusione in tutti i suoi campi.					
Qualora la caratteristica non sia presente sul dispositivo offerto specificare che la caratteristica è OPZIONALE, ove non specificato si intenderà compresa nella fornitura.					
<b>n. 9 cardiocografi e relativo servizio di assistenza tecnica triennale post-garanzia full risk</b>					
PRODUTTORE					
MODELLO					
CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA					
					<i>DESCRIZIONE</i>
• Monitor fetale intrapartum con due a ultrasuoni e un canale toco per la rilevazione di preferibilmente trigemellari compatibile con sistema di trasduttori fetali cordless;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• Sistema di telemetria per il monitoraggio con collegamento cordless (certificato CEE/93/42 MD) completo di:	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• trasduttore toco cordless, per il monitoraggio esterno dell'attività uterina;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• trasduttore ECG cordless per rilevare l'ECG fetale diretto in sala travaglio;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• trasduttori impermeabili;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• rilevamento automatico dei movimenti fetali;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• sistema di allarmi su tutti i parametri monitorati;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• ampio schermo preferibilmente touch screen	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• preferibilmente dotato di interpretazione automatica del tracciato secondo Dawes-Redman;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• registrazione integrata a carta termica di larghezza sufficiente per la visualizzazione delle tracce e con possibilità di registrare l'ECG materno in tempo reale e con separazione dei	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
**Area Gestione del Patrimonio**

tracciati;					
• rilevazione dei parametri SpO2 e PA non invasiva materna;	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	
• rispondenza alle norme CEI vigenti generali e particolari.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	

**N.B. nel caso le caratteristica indicate non corrispondono pienamente alla caratteristica tecniche richieste il concorrente dovrà motivare la eventuale caratteristica/prestazione analoga o superiore**

QUESTIONARIO RACCOLTA DATI GRIGLIA PUNTI		
n.	Criteri di attribuzione del punteggio tecnico	
1	Rilevazione di parti trigemellari	<b>DESCRIVERE</b>
2	Qualità dei trasduttori	<b>DESCRIVERE</b>
3	Caratteristiche del sistema di telemetria per il monitoraggio con collegamento Cordless (certificato ECC/93/42 md)	<b>DESCRIVERE</b>
4	Portata operativa in linea d'aria per il sistema offerto, certificata dalla ditta (la ditta si impegna a garantire la portata dichiarata)	<b>DESCRIVERE</b>
5	Autonomia di funzionamento delle batterie dei trasduttori e tempo di ricarica	<b>DESCRIVERE</b>
6	Trasduttore a ultrasuoni cordless, per registrare i movimenti e la frequenza cardiaca fetali	<b>DESCRIVERE</b>
7	Verifica incrociata tra tutti i canali fetali	<b>DESCRIVERE</b>
8	Sistema di allarmi	<b>DESCRIVERE</b>
9	Dimensione schermo (diagonale in pollici)	<b>Indicare misura della diagonale in pollici</b>
10	Schermo touch screen	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**  
**Area Gestione del Patrimonio**

11	Interpretazione automatica del tracciato secondo dawes-redman	
12	Registrazione integrata a carta termica di larghezza non inferiore ai 15mm con possibilità di registrare l'ECG materno in tempo reale per almeno 6 secondi e con separazione dei tracciati	<b>DESCRIVERE</b>
13	Possibilità di rilevazione dei parametri spO2 e pa non invasiva materna (il punteggio sarà attribuito solo se tali parametri sono implementati nell'apparecchiatura e inclusi nell'offerta economica)	<b>SI</b> <input type="checkbox"/> <b>NO</b> <input type="checkbox"/>