

Proposta Numero: **DEL-634-2022**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura n. 1 CAPPA DI SICUREZZA BIOLOGICA e relativo servizio di assistenza tecnica triennale full risk post garanzia per le necessità della Struttura Semplice di Patologia Clinica e Diagnostica di test per COVID-19 e del Presidio Ospedaliero e San Pio da Pietrelcina e di Castellaneta e CIG Z2633650F6.

PREMESSO che:

▪ con RDA prot. n. 121391 del 27 maggio 2021 il Dirigente Medico Responsabile della Struttura Semplice di Patologia Clinica del P.O. di Castellaneta ha presentato richiesta per n. 1 Cappa di sicurezza biologica a flusso laminare per la diagnostica di test per COVID-19 con caratteristiche tecniche analoghe a quelle già validate dalla SSaVD Ingegneria Clinica aziendale per precedenti procedure di gara aggiudicate con Deliberazioni DG n. 1985/20 e n. 1162/21;

▪ con nota prot. n. 131379 del 10 giugno 2021 è stato interpellato, per la valutazione di competenza in merito alla suddetta richiesta, il Direttore della S.C. di Patologia Clinica del P.O.C. il quale, con nota acquisita al prot. n. 147232 del 29 giugno 2021 ha confermato la necessità della fornitura della Cappa di sicurezza biologica da destinare al P.O. di Castellaneta;

▪ ai sensi del “Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia”, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1189 del 25.08.2015, con lettera d’invito prot. n. 206452 dell’11 ottobre 2021 è stata esperita una procedura negoziata telematica attraverso la piattaforma regionale di e-procurement “EmPULIA”, con invito a formulare offerta inoltrata a tutte le ditte iscritte all’albo regionale nella categoria pertinente per la fornitura della predetta Cappa di sicurezza biologica, con aggiudicazione in favore dell’offerta riportante il prezzo più basso;

▪ entro il termine previsto per la ricezione delle offerte telematiche, fissato per il 22 ottobre 2021, sono pervenute n. 3 offerte da parte delle sottoelencate ditte riportate in ordine di arrivo:

DITTA	Numero e data protocollo	Prezzo complessivo IVA 22% esclusa
BIOAIR spa	PI282270-21 del 19.10.2021	€ 8.985,00
FORNITURE LABORATORIO srl	PI284847-21 del 22.10.2021	€ 7.914,00
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA snc	PI284848-21 del 22.10.2021	€ 9.940,00

- la documentazione tecnica presentata dalla prima ditta classificata, FORNITURE LABORATORIO srl, è stata trasmessa per la valutazione di competenza, con nota prot. n. 215480 del 25 ottobre 2021, alla SSaVD Ingegneria Clinica e quest'ultima, con annotazione alla suindicata nota su protocollo informatico Folium, ha richiesto di esaminare la documentazione tecnica presentata da tutte le ditte partecipanti, la quale è stata inviata con nota prot. n.217304 del 28 ottobre 2021;
- la SSaVD Ingegneria Clinica aziendale ha trasmesso, con nota prot. n. 233400 del 25 novembre 2021, il parere di competenza inerente la documentazione tecnica presentata dalle tre ditte partecipanti e, attenendosi al suddetto riscontro, il Dirigente Medico Responsabile della S.S. di Patologia Clinica del P.O. di Castellaneta, con nota prot. n. 245807 del 16 dicembre 2021, ha comunicato la valutazione di conformità, motivando la non conformità della documentazione tecnica presentata dalla prima ditta classificata FORNITURE LABORATORIO srl (...*“è dotata di finestra frontale in vetro temperato spesso 5 mm. e non multistrato ed inoltre non garantisce un flusso di aria costante in caso di ostruzione del filtro Hepa a causa dell'impossibilità di installare il raccordo convogliatore per l'espulsione dell'aria all'esterno....”*), e la conformità della documentazione tecnica presentata dalla seconda ditta classificata BIOAIR spa con quanto richiesto in lettera d'invito;
- alla prima ditta classificata, FORNITURE LABORATORIO srl, è stata comunicata l'esclusione dal prosieguo della procedura di gara con nota prot. n. 249092 e tramite piattaforma EmPULIA giusta PI333285-21, entrambe del 21 dicembre 2021;
- l'offerta dichiarata conforme e riportante il prezzo più basso è pertanto risultata quella presentata dalla seconda ditta classificata BIOAIR spa, per un importo complessivo pari ad € 8.985,00 (in lettere ottomilanovacentottantacinque/00), oltre IVA 22%, in dettaglio nel seguente schema:

Descrizione prodotto offerto	Codice prodotto	Fabbisogno presunto	Prezzo IVA esclusa	Aliquota IVA
CAPPA DI SICUREZZA BIOLOGICA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE DI CLASSE II	BI10LDK4000	n. 1	€ 8.085,00	22%
ASSISTENZA TECNICA FULL RISK TRIENNALE POST GARANZIA	CFL04A06	n. 1	€ 900,00	22%

- **VERIFICATI** gli atti della procedura;
- **RITENUTO** di provvedere all'aggiudicazione della fornitura di n. 1 Cappa di sicurezza biologica e relativo servizio di assistenza tecnica triennale full risk post garanzia per le necessità della S.S. di Patologia Clinica – Diagnostica di test per COVID-19 – del P.O. di Castellaneta in favore della ditta BIOAIR spa (cod. AREAS fornitore 111169), per un importo complessivo pari ad € 8.985,00 oltre IVA 22%;
- **VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI DARE ATTO** degli atti e dell'esito della procedura negoziata telematica, ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura n. 1 CAPP A DI SICUREZZA BIOLOGICA e relativo servizio di assistenza tecnica triennale full risk post garanzia per le necessità della Struttura Semplice di Patologia Clinica – Diagnostica di test per COVID-19 – del Presidio Ospedaliero “San Pio da Pietrelcina” di Castellaneta – CIG Z2633650F6;

- **DI AGGIUDICARE** di conseguenza, la procedura per l'affidamento della fornitura di n. 1 Cappa di sicurezza biologica (cod. prodotto BI10LDK4000 – AREAS art. 235035) e relativo servizio di assistenza tecnica triennale full risk post garanzia (cod. prodotto CFL04A06 – AREAS art. 235055), per un importo pari ad € 8.985,00, oltre ad € 1.976,70 per IVA 22% per un totale complessivo di € 10.961,70, in favore della ditta BIOAIR spa (cod. AREAS fornitore 11169), nel rispetto di tutte le condizioni contenute nella lettera d'invito e nell'offerta economica;

- **DI REGISTRARE** la somma complessiva di € 10.961,70 (diecimilanovecentosessantuno/70) del Bilancio di previsione della Macrostruttura A02 come segue:

- € 9.863,70 sul conto economico 010.110.0020001 - “Attrezzature Sanitarie” - per l'anno 2022;
- € 1.098,00 sul conto economico 715.100.00020001 - “Manutenzione ordinaria su attrezzature scientifiche sanitarie” - in quote annuali di € 366,00 per il 2024, 2025, 2026;

- **DI DISPORRE** la comunicazione dell'esito della presente procedura tramite piattaforma telematica EmpULIA alla ditta BIOAIR spa ai sensi dell'art. n.76 comma 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

- **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art 3, comma 26, della L. R. n. 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.