

Proposta Numero: **DEL-1321-2022**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO 2 LETT. A D. LGS. 50/2016, PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVA UNITA' DI BIOSMOSI INVERSA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA OBSOLETA ED ATTUALMENTE PRESENTE NELL'IMPIANTO DI DIALISI DEL CENTRO DI EMODIALISI P.O. GIANNUZZI DI MANUDURIA, IN FAVORE DELLA DITTA TECHNODAL S.r.l. – CIG9237798810

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

- nell'ultimo anno questa S.S.D. ha registrato numerose richieste di intervento correttivo per guasti a carico dell'impianto di bi-osmosi presente presso il Servizio di Emodialisi del P.O. "Giannuzzi" di Manduria che hanno causato disagio nell' erogazione della terapia dialitica;
- a seguito di detti interventi tecnici eseguiti sull'impianto di trattamento acque a servizio del centro dialisi del P.O. "Giannuzzi" di Manduria, questa Struttura ha richiesto tramite mail aziendale del 09/03/2022 alla Ditta Technodal S.r.l., fornitore del servizio di manutenzione degli impianti di trattamento e distribuzione acque di dialisi dei P.O. di Manduria, Martina Franca e Grottaglie, una relazione dettagliata sullo stato dell'impianto e l'individuazione delle soluzioni per garantire la regolarità del servizio;
- la Ditta Technodal S.r.l. con nota prot n. 0045090 del 14/03/2022, ha trasmesso relazione dettagliata sullo stato dell'impianto (unità di Bi-osmosi) che descrivendo le criticità sommatesi nel corso degli anni, evidenziava altresì l'estrema difficoltà a reperire sul mercato parti di ricambio originali trattandosi di impianto ormai da tempo fuori produzione.
- la Ditta Technodal S.r.l con la medesima nota prot. 0045090 del 14/03/2022, ha proposto un risolutivo aggiornamento tecnologico dell'impianto di Dialisi mediante l'installazione di un nuovo impianto di bi-osmosi inversa dotata di nuove sicurezze e sistema di controllo sinottico che consente di monitorare anche da remoto tutte le fasi di produzione di acqua ultrapura ed ogni eventuale anomalia.

CONSIDERATO :

- che la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Decreto Semplificazioni" all'art. 1, co 2 lett. a, consente alle Amministrazioni Pubbliche di effettuare affidamenti diretti fino alla soglia dei 139.000,00 € per servizi e forniture;
- che la Ditta Technodal S.r.l. contestualmente alla suddetta relazione ha fatto pervenire il preventivo n.12522 CD/rd contenente la migliore offerta per la sostituzione dell'impianto di bi-osmosi del centro emodialisi del P.O. "Giannuzzi" di Manduria, per un importo complessivo di € 58.400,00 (Iva Esclusa al 22%);

- che la proposta di sostituzione della unità di biosmosi presentata dalla Ditta Technodal S.r.l. risulta essere adeguata alle esigenze della S.C. di Emodialisi del P.O. "Giannuzzi" di Manduria ed economicamente congrua;

TENUTO CONTO CHE

- l'installazione di una nuova unità di bi-osmosi inversa a sostituzione di quella esistente ed obsoleta dell'impianto di Dialisi del centro di Emodialisi del P.O. Giannuzzi di Manduria, riveste per questa Amministrazione carattere di assoluta necessità ed estrema urgenza al fine di garantire continuità di erogazione della terapia dialitica;
- l'offerta economica presentata dalla Ditta TECHNODAL S.r.l., per l'aggiornamento tecnologico impiantistico del centro di emodialisi del P.O. Giannuzzi di Manduria è di importo complessivo pari ad € 58.400,00 (IVA Esclusa al 22%)

RITENUTO

- per quanto premesso e considerato di dover procedere con affidamento diretto, ai sensi dell' ex art. 1, co 2 lett. a della Legge 11/09/2020, n. 120 alla Ditta Technodal per il servizio de quo;
- di dover approvare l'offerta economica trasmessa dalla società Technodal s.r.l. a mezzo mail in data 14.03.2022, acquisita al prot. Asl al n. 0045090 di pari data, relativa alla fornitura ed installazione di una nuova unità di biosmosi inversa in sostituzione di quella obsoleta ed attualmente presente nell'impianto di dialisi del centro di emodialisi del P.O. Giannuzzi di Manduria;
- di dover specificare che l'importo complessivo relativo alla fornitura ed installazione di una nuova unità di biosmosi inversa, in sostituzione di quella obsoleta ed attualmente presente nell'impianto di dialisi del centro di emodialisi P.O. Giannuzzi di Manduria è pari a complessivi € 71.248,00 (IVA inclusa al 22%);
- di dover, pertanto, registrare la somma prevista per la fornitura de quo, pari ad € 71.248,00 (IVA inclusa al 22%) sul codice conto **715.100.0001001 "Impianti e macchinari"** del Bilancio anno 2022.

L'Istruttore, Collaboratore Amministrativo Prof.le: f.to Dott.ssa Cinzia Antonante

Il Dirigente S.S.D. Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi Aziendali: f.to Ing. Armida Traversa

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

DELIBERA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di **PRENDERE ATTO** che si è reso urgente e imprescindibile ricorrere allo strumento dell'affidamento diretto in favore della Ditta TECHNODAL S.r.l. ai sensi dell'ex art. 1, co 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, per il servizio de quo;
2. di **APPROVARE** l'offerta economica trasmessa dalla società Technodal s.r.l. a mezzo mail in data 14.03.2022, acquisita al prot. Asl al n. 0045090 di pari data, relativa alla fornitura ed installazione di una nuova unità di biosmosi inversa in sostituzione di quella obsoleta ed attualmente presente nell'impianto di dialisi del centro di emodialisi p.o. Giannuzzi di Manduria;
3. di **SPECIFICARE** che l'importo complessivo relativo alla fornitura ed installazione di una nuova unità di biosmosi inversa, in sostituzione di quella obsoleta ed attualmente presente nell'impianto di dialisi del centro di emodialisi P.O. Giannuzzi di Manduria è pari a complessivi € 71.248,00 (IVA inclusa al 22%);
4. di **REGISTRARE** la somma prevista per la fornitura de quo, pari ad € 71.248,00 (IVA inclusa al 22%); sul codice conto **715.100.0001001 "Impianti e macchinari"** del bilancio anno 2022;
5. di **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.